

10 249/05.08.2020

	<p>DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ 300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR. 10 TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 CUI 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022 e-mail dspj.timis@dsptimis.ro</p>
---	---

Nr. 19782/28.07.2020

Catre,
SPITALUL CLINIC C.F. TIMISOARA

In atentie,
Doamnei Manager Dr. Iurciuc Stela

Avand in vedere adresa dumneavoastra cu nr. 9683/27.07.2020, inregistrata la DSP Timiș cu nr. 19782/27.07.2020 privind avizarea in cadrul Laboratorului Clinic de analize medicale a laboratorului de biologie moleculara RT-PCR SARS-CoV-2, va comunicam avizul favorabil temporar pentru functionarea laboratorului de biologie moleculara RT-PCR SARS-CoV-2 amplasat la demisolul cladirii nr. 3 in cadrul Laboratorului de Analize Medicale a Spitalului Clinic C.F. Timisoara, respecta legislatia in vigoare privind circuitele si dotarea (sala primire probe, sala prelucrare/amplificare, sala extractie si sala investige PCR), conform Ord. M.S. nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale si Ordin MS nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

Cu stima,

Director Executiv Sănătate Publică
Dr. Valcovici Mihaila Elena


Medic Sef
Dr. Muntean Calin

Director Executiv Adjunct Sanatate Publica
Dr. Cioca Flavius

Intocmit/Redactat
Dr. Termure Alina
